



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Sumidouro
Secretaria Municipal de Saúde
Rua Alfredo Chaves, nº. 92 – Centro – CEP: 28637-000
Tel: (22) 2531-1200 Email: smssuimid@uol.com.br
CNPJ: 13.828.365/0001-50

De: Departamento de Farmácia
Para: Setor de Licitação

Assunto: Pregão Eletrônico nº 055/2024 – “*Eventual aquisição de cobertura hospitalar estéril para lesões tissulares - SRP.*”

Sumidouro, 13 de dezembro de 2024.

Senhor Pregoeiro,

Conforme solicitado, presto esclarecimento técnico sobre o Pregão Eletrônico nº 055/2024 – “*Eventual aquisição de cobertura hospitalar estéril para lesões tissulares - SRP.*”

O certame licitatório em questão é promovido com intuito de suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para obtenção de materiais estéreis para proteger ou cobrir lesões nos tecidos do corpo (lesões tissulares). Esses materiais são usados para garantir que as feridas ou lesões estejam protegidas contra infecções, promovendo uma cicatrização adequada e rápida.

Neste processo foi vislumbrada a compra de materiais para curativo a vácuo com pressão negativa, também conhecido como Terapia por Pressão Negativa em Feridas. Os itens desejados formam o lote 1 do referido processo, como demonstrado abaixo:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
01	1	KIT CURATIVO COM TUBO ÚNICO LUMEN (GRANDE) HOSP PARA TERAPIA MISTA POR PRESSÃO NEGATIVA. (REF.: 4L HEALT CO LTD)	UNID	50
	2	RESERVATÓRIO DA BOMBA 800 ML HOSP PARA TERAPIA MISTA POR PRESSÃO NEGATIVA. (REF.: 4L HEALT CO LTD)	UNID	50

O ganhador do lote foi à empresa MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 07.133.384/0001-60, ofertando o item da

marca KCI, porem não foi informado o modelo. Contudo, a segunda colocada do lote, a empresa HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR – LTDA, inscrita no CPNJ 07.797.579/0001-20, entrou com pedido de desclassificação da empresa ganhadora, alegando que a marca ganhadora não atende o descritivo do item:

"Como mais acima bem delineado, tal produto NÃO atende todas as especificações da qualificação técnica exigida pelo edital, de forma que não poderia ser classificado como ganhador.

Desta forma, pelo exposto, vimos respeitosamente requerer a DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA MEDICAL HEALTH por desatendimento do Edital no que tange aos critérios técnicos exigidos, havendo assim incompatibilidade técnica de produto ofertado com aquele exigido no edital."

No documento apresentado pela empresa HOMACC foi informado que o produto ofertado pela empresa MEDICAL HEALTH não possui terapia mista. A empresa HOMACC, segunda colocada no certame, ofertou o produto da marca DWC, modelo DWC HOSP.

TERAPIA MISTA é um tipo de terapia a vácuo que alterna a terapia contínua e a intermitente. Essa alternância entre os dois modos de terapia ajuda a otimizar os efeitos no controle de exsudatos, redução do edema e aceleração da regeneração tecidual, oferecendo melhores resultados na cicatrização de feridas complexas.

O produto da marca KCI, ofertado pela empresa MEDICAL HEALTH, apresenta o tipos de terapia contínua e Dynamic Pressure Control – DPC, que em documento de defesa apresentado pela empresa é denominado com a evolução da terapia intermitente. No documento não é informado que a marca KCI possui a terapia mista. Em pesquisa na internet, buscando informações sobre o produto, também não foram encontradas evidencias que confirmam a presença da terapia mista no produto da marca KCI. No documento de pedido de desclassificação, apresentado pela empresa HOMACC, foi anexado um material gráfico com as informações técnicas do produto da marca KCI, onde também não foi encontrado qualquer tipo de informação que o produto apresente o modelo de terapia mista.


O produto ofertado pela empresa HOMACC, segunda colocada no certame, da marca DWC, modelo DWC HOSP, possui a terapia mista, como mostra ficha de especificação técnica em anexo.



Com isso, diante dos fatos apresentados e das informações recolhidas, opino pela desclassificação da empresa MEDICAL HEALTH, uma vez que não foram encontradas evidências que o produto atenda por completo o descritivo do item no edital.

Sem mais para o momento, me deixo à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos.


Atenciosamente,



Antonio de Souza Turque Neto
Farmacêutico
CRF/RJ - 20107

DWC HOSP

[Início](#) > [Produtos](#) > [DWC HOSP](#)



DWC HOSP

Única terapia que proporciona sucção contínua, intermitente e mista, otimizando o tratamento para o menor tempo de internação.



DWC - Dynamic Wound Closure



Terapia de feridas por pressão negativa

Detalhes

Especificações

Especificações Gerais:

Uso	Hospitalar
Dimensões	270mm x 228mm x 205mm
Peso	2.4kg

Elétrica:

Transformador	Input: AC 100 - 240V Output: DC 18V
Bateria	Bateria de polímero de lítio: 11.1V, 3800mAh
Tensão nominal	18V

Desempenho:

Faixa de vácuo	-55 mmHg - -225 mmHg
Modo de terapia	Contínuo/Intermitente/Misto
Fluxo máximo	4.3 L/min
Tempo de recarga	≈ 4 horas

Condições de Operação:

Temperatura	0°C- 40°C
Umidade Relativa	30%-75% R.H

Kit Curativo - Especificações:

Pequeno - DK10SS	Médio - DK10MS	Grande - DK10LS
Esponja (mm)		
100x75x30	180x125x30	260x150x30
Película Adesiva (mm)		
300x200	350x320	350x320
Tubo (m)		
2	2	2

Gostou desse produto? Fale conosco!

REALIZAR CONTATO

Sobre Nós

Salus Biomedical é uma empresa multinacional de produtos com alta tecnologia médica de ponta.



Links Rápidos

- + Início
- + Empresa
- + Produtos
- + Fale Conosco
- + Trabalhe Conosco

Contate-nos

Av. Piraíba, 352 Sala 13

+55 11 4382-2500

+55 11 24132-7686

info@salusbiomedical.com

Assine nosso Noticiário

Seu Nome *

Seu E-mail *

INSCREVER-SE