




**ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**



Sumidouro, 06 de agosto de 2024.

**C.I. 035/2024/HMDJPM**

DA: DIREÇÃO DO HMDJPM  
PARA: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES MUNICIPAL.

CUMPRIMENTANDO O CORDIALMENTE E RESPEITOSAMENTE SIRVO-ME DA  
PRESENTE, PARA ESCLARECIMENTOS ACERCA DO CERTAME Nº035/2024.

- 1) SIM, DEVERÁ TER DEA / DESFIBRILADOR NA MONTAGEM.
- 2) DA ORGANIZADORA DO EVENTO.
- 3) DA ORGANIZADORA DO EVENTO.
- 4) POSTO MÉDICO EM OCTANORM: O POSTO MÉDICO MONTADO DEVE POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS - 1SALA EM OCTANORM COM AR CONDICIONADO. 2. ILUMINAÇÃO E 2 PONTOS DE AC 110/220V. 3. PISO ELEVADO, EMBORRACHADO BRANCO OU CINZA (LAVÁVEL). 4. PIA E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA.
- 5) RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME.

ATENCIOSAMENTE,

**ENFº JORGE RIBEIRO  
DIRETOR DO HMDJPM**

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO  
Jorge Mariano dos S. Ribeiro  
Diretor do Depto Hospitalar  
Matr 12.07.3276